

Số: 525/TB-BV

Điện Bàn, ngày 08 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá Đèn chiếu vàng da

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam có nhu cầu mua sắm Đèn chiếu vàng da phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Kính mời các đơn vị cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá với nội dung như sau:

ST T	TÊN HÀNG HÓA, YÊU CẦU	DVT	SL
01	<p>ĐÈN CHIẾU VÀNG DA</p> <ul style="list-style-type: none">Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO. CE</p> <p>Cấu hình bao gồm</p> <ol style="list-style-type: none">Đèn chiếu: 01 máyDàn đèn LED: 02 bộXe đẩy: 01 bộDây nguồn: 01 bộBăng mắt: 05 chiếcHướng dẫn sử dụng: 01 quyển <p>Tổng quan</p> <ul style="list-style-type: none">Người dùng có thể chọn một trong hai chế độ “ tiêu chuẩn” hoặc “ tăng cường”Dùng cho cả trẻ sinh non và trẻ sinh đủ thángTương thích với thiết bị sưởi ấm bằng bức xạ, giường sơ sinh và các loại lồng ấp trên thị trườngTản nhiệt thông minh giúp tản nhiệt nhanh tăng tuổi thọ bóng đèn <p>Mô tả chi tiết</p> <ol style="list-style-type: none">Hệ thống đèn LED<ul style="list-style-type: none">Phổ ánh sáng được thiết lập để đạt hiệu quả điều trị tối ưuHai máng đèn được thiết kế theo dạng tán lá, hợp thành một góc 60 độ, tăng diện tích điều trị lên tới 75% bề mặt da của bệnh nhân02 giàn đèn mỗi giàn 12 bóng LED công suất cao (3w/bóng)Nguồn điện: theo tiêu chuẩn y tếBảng điều khiển<ul style="list-style-type: none">Bật tắt đèn dễ dàng với một nút nhấnNút nhấn riêng biệt chuyển chế độ “ tiêu chuẩn” và “ tăng cường”Hiển thị số giờ điều trị ở chế độ “ tiêu chuẩn”; “ tăng cường” <p><small>Hiển thị tăng thời gian đã sử dụng (tuổi thọ đèn)</small></p>	Cái	01

<p>4. Chân đế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thép sơn tĩnh điện có thể điều chỉnh độ cao (115-140 cm từ nguồn sáng) để đạt độ cao mong muốn - Bánh xe: 04 bánh xe xoay 360° có khóa chống trôi <p><u>Thông số kỹ thuật :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại LED : Philips LUXEON xanh công suất cao - Dài bước sóng : 445 - 465 nm - Dình quang phổ : 445 - 465 nm - Tuổi thọ đèn : 60,000 giờ - Bức xạ quang phổ trung bình : + Chế độ tiêu chuẩn 33.0 $\mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$ + Chế độ tiêu tăng cường 57.6 $\mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$ - Diện tích bề mặt chiếu: 50 cm x 30 cm - Tỷ lệ đồng nhất : +Chế độ tiêu chuẩn 0,59 (các thiết bị IEC --> 0,4)+ Chế độ tiêu tăng cường: 0,58 (các thiết bị IEC --> 0,4 - Nguồn cung cấp : 60W, 100-240VAC, 47/63Hz- Kích thước tổng : 60 cm x 55 cm x 155 cm - Độ cao điều chỉnh : 25cm - Trọng lượng : 10-20kg 		
--	--	--


- **Yêu cầu khác:** có catologo gốc và bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt.

- Bảng báo giá bao gồm các nội dung: 02 bảng báo giá gốc ký, đóng dấu, hiệu lực của bảng báo giá, mã kê khai giá trang thiết bị

- Bảng báo giá gửi về: Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam trước 16h30, ngày 18 tháng 5 năm 2023. ngoài bì ghi rõ báo giá Đèn chiếu vàng da

- Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 02353.867.388

Rất mong được sự quan tâm của các đơn vị.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Các đơn vị cung cấp;
- Lưu: VT, Phòng VT-TBYT..



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tài