

Số: 716 /TB-BV

Điện Bàn, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ**  
**Về việc sửa chữa máy chạy thận nhân tạo Dialog<sup>+</sup>**

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có nhu cầu sửa chữa máy chạy thận nhân tạo Dialog<sup>+</sup> với nội dung như sau:

STT	Tên hàng hoá	Tình trạng	Tình trạng hư hỏng	Đề nghị sửa chữa, thay thế
1	Máy chạy thận nhân tạo Dialog <sup>+</sup> Mã số: 7102005 Số Seri: 217602 Phần mềm: 9.12	- Máy không lên hình - không lên logo B.Braun	- Hông bo mạch chủ	Đề nghị thay thế bo mạch chủ
2	Máy chạy thận nhân tạo Dialog <sup>+</sup> Mã số: 710200C Số Seri: 263431 Phần mềm: 9.12	Hông bo mạch chủ	Hông bo mạch chủ	Đề nghị thay thế bo mạch chủ

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm sửa chữa máy chạy thận nhân tạo Dialog<sup>+</sup> gửi báo giá đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Báo giá gồm 02 bản gốc kí tên đóng dấu có thời hạn giá trị được niêm phong, ngoài bì ghi rõ báo giá sửa chữa máy chạy thận nhân tạo Dialog<sup>+</sup> và gửi đến Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam qua đường bưu điện theo địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước 16h30 ngày 16 tháng 6 năm 2023. Điện thoại liên hệ: 0235 3867388

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./. *PT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Tải*  
Nguyễn Tải