

Số: 790/TB-BV

Điện Bàn, ngày 20 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá sửa chữa 2 máy siêu âm

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có nhu cầu sửa chữa 2 máy siêu âm với nội dung như sau:

STT	Tên hàng hoá	Tình trạng	Đề nghị sửa chữa, thay thế
1	Máy siêu âm Kiểu máy: Aloka Alpha 6 Số máy: 202K3731	- Hệ thống mạch điều khiển: Lỗi PIC command timeout	- Hồng bo mạch Beamformer (EP555501AA) cần thay thế hoặc sửa chữa
2	Máy siêu âm Kiểu máy: Aloka Alpha 6 Số máy: 205U3217	- Khả năng hoạt động của đầu dò convex: hiều hạt mức độ nặng, vết đen trắng rã quạt tần số cao, không xác định được hình ảnh siêu âm - Khả năng hoạt động của đầu dò 3D: hiều hạt mức độ nhẹ	- Đầu dò Convex hỏng cần thay thế hoặc sửa chữa. - Nhiều nguồn ở dải tần số 2-5MHz cần thay thế hoặc sửa chữa

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm sửa chữa 2 máy siêu âm gửi báo giá đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Báo giá gồm 02 bản gốc kí tên đóng dấu có thời hạn giá trị được niêm phong, ngoài bì ghi rõ báo giá sửa chữa 2 máy siêu âm và gửi đến Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam qua đường bưu điện theo địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước 16h30 ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Điện thoại liên hệ: 0235 3867388

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn./. *Bvt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tài
Nguyễn Tài