

Điện Bàn, ngày 14 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 02353.867.388
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp/ đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ngoài bì ghi rõ nội dung yêu cầu báo giá.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 14/7/2023
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
01	Xe lăn <u>Yêu cầu chung:</u> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% <u>Cấu hình yêu cầu cung cấp:</u> - Xe chính : 01 cái - Tầm để chân : 02 cái - Dai giữ bệnh nhân: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ <u>Tính năng kỹ thuật yêu cầu:</u> - Khung xe bằng thép, mạ Crom - Chỗ tựa tay cố định, tầm để chân bằng nhôm đúc, có thể điều chỉnh được. - Bánh trước và sau đúc, bánh sau có khóa chống trôi. - Chỗ ngồi và tựa lưng bằng da Simili cao cấp. - Có tay đẩy giúp người nhà di chuyển dễ dàng - Có phanh tay. - Có thể gấp gọn lại được - Đường kính bánh xe trước : 20cm, có thể xoay được 360°. Đường kính bánh xe sau: 58cm - Tải trọng : 120kg	Cái	02
02	Máy đo huyết áp (không bao gồm tai nghe tim phổi) <u>Yêu cầu chung:</u> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <u>Thông số kỹ thuật yêu cầu:</u> - Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) - Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20-300mmhg, độ chính xác +/-	Cái	20



	<p>3mmHg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống dẫn khí , quả bóp bằng chất liệu cao su tự nhiên có khả năng chống oxy hoá - Vòng bit freesize làm bằng chất liệu vải có độ bền cao - Trọng lượng nhẹ có thể tháo rời từng bộ phận một cách đơn giản - Phương pháp đo : đo gián tiếp dao động của áp lực máu - Phạm vi đo : 20 – 300mmHg - Độ chính xác : $\pm 3\text{mmHg}$ - Vòng bit : chu vi bắp tay từ 22 – 32cm - Thông khí : dùng tay điều khiển van xả áp suất - Tạo áp lực bằng cách : dùng tay điều khiển bong bơm. <p>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 đồng hồ đo huyết áp - 1 vòng bit đo huyết áp - 1 quả bóp cao su có van - 1 túi đựng máy - 1 hướng dẫn sử dụng 		
03	<p>Quả bóp huyết áp</p> <p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng để thay thế cho quả bóp hư của máy đo huyết áp cơ - Chất liệu: cao su thiên nhiên - Van xả khí được mạ crom chống oxy hóa và có độ bền cao. 	Cái	20
04	<p>Máy điện châm</p> <p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC $\pm 10\%$, 50 Hz - Điều kiện hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ <p><u>Chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Có hỗ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người. - Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim châm thông thường. - Có thể định thời gian trị liệu. - Có tối thiểu 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn. - Số kênh: có ≥ 6 kênh, kích thích ≥ 12 huyết cùng lúc <p><u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy thăm dò huyết: - Điện trở R (ΔR) <ul style="list-style-type: none"> 20kΩ~500kΩ-20kΩ 510kΩ~1MΩ-50kΩ - Công suất ngõ vào: <20VA + 15% - Tần số xung trong khoảng: 1.2 ~ $\geq 55\text{Hz}$ - Độ rộng xung: $\leq 0.6 \pm 0.15$ ms - Phạm vi thời gian: 0~ ≥ 60 phút $\pm 10\%$ - Cảnh báo bằng âm thanh - Tiêu chuẩn an toàn: Loại II-BF hoặc tương đương - Áp suất khí quyển cho phép trong khoảng: 500 – ≤ 1060 hpa - Kích thước trong khoảng: 220 x 170 x 75 mm - Trọng lượng: $\leq 1,7\text{Kg}$ <p><u>Cấu hình cung cấp yêu cầu:</u></p>	Cái	07

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bút dò huyết - 1 bộ dây châm cứu - 2 dây gắn điện cực dán - 4 điện cực dán - 1 bộ adaptor 220V - 1 hướng dẫn sử dụng 		
05	Máy xông khí dung <u>Yêu cầu chung:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <u>Thông số kỹ thuật yêu cầu :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Loại : Máy xông nén khí - Dung tích cốc: tối đa $\geq 7\text{ml}$, tối thiểu $\leq 2\text{ml}$ - Kích thước hạt : Khoảng $\leq 3\mu\text{m}$ - Tốc độ phun : khoảng $\leq 0,4\text{ml/phút}$. - Bình phun ra : $\leq 0,57\text{ml}$ (2ml, 1%NaF) - Tốc độ bình phun : $\geq 0,08\text{ml/phút}$ 2ml, 1%NaF) - Nguồn điện sử dụng : 220 – 240VAC, 50Hz <u>Cấu hình yêu cầu cung cấp:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 1 máy chính - 1 bộ cốc xông chứa thuốc - 1 ống dẫn khí bằng nhựa PVC - 1 ống ngậm xông khí dung - 1 mass xông khí dung người lớn - 1 mass xông khí dung trẻ em - 5 tấm lọc dự phòng - 1 hướng dẫn sử dụng 	Cái	02
06	Bồn ngâm chân gỗ <u>Yêu cầu chung:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% <u>Cấu hình yêu cầu cung cấp:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Thùng ngâm chân bằng gỗ: 01 cái - Máy xông: 01 cái - Bàn lăn chân bằng nhựa: 01 cái 	Bộ	01
07	Xe đẩy dọn vệ sinh <u>Yêu cầu chung:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% <u>Thông số kỹ thuật yêu cầu:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox 201 - Mặt sàn bằng inox tấm dày 1.0mm - Khung bằng ống inox tròn Fi 25 x 1.0mm - Tay cầm inox ống fi 25 x 1.0mm - Có bánh xe di chuyển, có 2 bánh có khóa - Có 01 giỏ inox treo xe - Kích thước: 90 x 60 x 100cm (d x r x c) 	Cái	01
08	Tủ inox 7 ngăn có bánh xe <u>Yêu cầu chung:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% <u>Thông số kỹ thuật yêu cầu:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Trụ chính hộp vuông 25 x 25 x 1.0mm - Tầng trên inox tấm dày 0.8mm - Bao bọc xung quanh inox tấm dày 0.6mm - Kết cấu thoát có bộ ray trượt - Mặt thoát và khung thoát inox tấm dày 0.6mm - Bộ bánh xe phi 750mm. Có 2 bánh có khóa - Kích thước: 550 x 310 x 720mm (d x r x c) 	Cái	01



09	Cáp đo điện tim Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% Thông số kỹ thuật yêu cầu: - Sử dụng được cho máy Monitor Nihonkohden - Không bị nhiễu khi sử dụng.	Bộ	01
10	Cáp đo huyết áp Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% Thông số kỹ thuật yêu cầu: - Sử dụng được cho máy đo huyết áp của Monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden (Life Scope) - Không bị nhiễu khi sử dụng	Cái	01
11	Xe 02 tầng bằng Inox Yêu cầu chung: - Thiết bị phải được sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Cấu hình yêu cầu: - 01 xe chính bằng inox có 02 ngăn kéo - 02 vòng tròn bằng inox - 02 xô bằng nhựa HDPE màu vàng, màu xanh - 01 giỏ inox - 01 Hộp tròn 05 lít bằng nhựa HDPE màu vàng. - 01 giỏ inox để vật dụng Thông số kỹ thuật yêu cầu: - Chất liệu: inox 201 - Xe có 02 tầng, các tầng được chế tạo bằng tấm inox có độ dày = 1mm - Khung xe bằng ống inox Ø 27 x 1,2mm - Các tầng đều có lan can bao quanh 03 mặt, ống lan can Ø 16 x 0,6mm - Xe có 02 ngăn kéo - Xe có 02 vòng tròn bằng inox có thể gập vào hoặc mở ra được thiết kế ở 02 bên xe - Xe có 02 xô (màu vàng, màu xanh), chất liệu bằng nhựa HDPE, có nắp đậy. - Xe có 01 giỏ inox, 01 hộp 05 lit màu vàng - Có 4 bánh xe - Kích thước : 80 x 50 x 95cm (d x r x c)	Cái	01
12	Giấy điện tim Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Kích thước: 80mm x 20m - Tương thích với máy điện tim Mediblu.	Cuộn	300

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại kho Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày tính từ ngày ký hợp đồng

4. Các thông tin khác: Mã kê khai giá trang thiết bị(nếu có)

Rất mong được sự quan tâm của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị cung cấp;
- Phòng QLCL;
- Lưu VT-TBYT.



Nguyễn Tài