

Điện Bàn, ngày 11 tháng 8 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. DT: 02353.867.388
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
Nhận trực tiếp/ đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ngoài bì ghi rõ nội dung yêu cầu báo giá.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 21/8/2023  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Tình trạng hư hỏng	Đề nghị thay thế, sửa chữa
01	Ống nội soi Olympus Model: CF-H170I Serial: 2610694	HT	01	- Kênh nước phụ bị nghẹt - Bộ phận uốn cong hướng xuống quá nặng (100cNm) khi đặt thân ống soi vào mẫu chuẩn - Thanh chặn dây cáp điều khiển bị gãy - Nút xoay điều khiển bị rò rỉ	- Thay thế mới toàn bộ linh kiện căn cứ theo tình trạng hư hỏng

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại phòng nội soi Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
- Thời gian giao hàng: 30 ngày tính từ ngày ký hợp đồng
- Các thông tin khác: Mã kê khai giá trang thiết bị (nếu có)  
Rất mong được sự quan tâm của các đơn vị. /.

#### Nơi nhận:

- Các đơn vị cung cấp;
- Phòng QLCL;
- Lưu VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tài