

Điện Bàn, ngày 14 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy Olympus CV 170 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 02353.867.388
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận báo giá qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ngoài bì ghi rõ nội dung yêu cầu báo giá.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15/9/2023 đến 16h30 ngày 25/9/2023
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày trở lên kể từ ngày 25/9/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế:

STT	Tên hàng hóa	Tính năng và thông số kỹ thuật	Số lượng	DVT
1	Dây nội soi phế quản máy Olympus CV 170	1. Cấu hình: <ul style="list-style-type: none">- 10 van sinh thiết- 10 van hút- 01 chổi rửa dài- 01 chổi rửa ngắn- 02 ngáng miệng- 01 bộ rửa kênh- 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt 2. Chỉ tiêu kỹ thuật ống nội soi phế quản video <ul style="list-style-type: none">- Chất lượng hình ảnh với độ phân giải cao- Có khả năng chiếu sáng với bước sóng ở dải sóng hẹp 415nm và 540nm tăng cường quan sát cấu trúc mạch máu trên bề mặt niêm mạc giúp hỗ trợ trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm- Ống soi có khả năng hướng lên $\geq 180^\circ$ giúp dễ dàng soi đến các thùy trên phế quản như B¹, B¹⁺², B⁶	01	Bộ

		<ul style="list-style-type: none"> - Ống soi được thiết kế với đường kính ống soi ≤ 4.8 mm - Dây soi có 4 kênh làm việc: 02 kênh dẫn sáng, 01 kênh dụng cụ, 01 thấu kính. - Trường nhìn: 120° - Hướng quan sát: Hướng nhìn thẳng - Độ sâu trường nhìn: ≤ 3 mm đến ≥ 100 mm - Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 4.8 mm - Đường kính ngoài của thân ống soi: ≥ 4.9 mm - Đường kính bên trong kênh dụng cụ: 2.0 mm - Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: ≥ 3.0 mm từ đầu cuối ống soi - Độ uốn cong của đầu ống soi theo 2 hướng: <ul style="list-style-type: none"> + Hướng lên $\geq 180^\circ$ + Hướng xuống $\leq 130^\circ$ - Chiều dài làm việc: 600 mm 	
--	--	---	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Vận chuyển, lắp đặt bảo quản thiết bị do nhà cung cấp chịu trách nhiệm.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày tính từ ngày ký hợp đồng

4. Các thông tin khác:

- Mã kê khai giá trang thiết bị (nếu có)
- Nhà cung cấp phải ghi cụ thể thuế VAT.
- Hàng hoá mới 100%, có đầy đủ giấy tờ CO, CQ và các loại giấy tờ liên quan.
- Mẫu báo giá nhà cung cấp thực hiện theo thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế.

Rất mong được sự quan tâm của các đơn vị./.



Nơi nhận:

- Các đơn vị cung cấp;
- Phòng QLCL;
- Lưu VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tài