

Điện Bàn, ngày 13 tháng 12 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam

Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Phạm Ngọc Mạnh, Phòng Vật tư – thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, .ĐT: 0914.007.644. E-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 14/12 /2023 đến trước 16h30 ngày 25/12/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/12/2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đvt |
|-----|---------------------------|---|----------|-----|
| 1 | DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN | Yêu cầu chung: - - Thiết bị đáp ứng chất lượng kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 13485, hoặc tương đương. - Thiết bị mới 100% được sản xuất năm 2023 trở về sau. Yêu cầu cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 máy - Bàn đạp chân đôi: 01 cái - Bàn đạp chân đơn: 01 cái - Tấm mát bệnh nhân silicon: 01 cái - Tấm mát bệnh nhân dùng 1 lần: 01 bộ - Cáp nối đất: 01 cái - Tay dao liền công tắc tay 2 nút bấm: 01 cái - Tay dao đơn cực: 01 cái - Kẹp lưỡng cực: 01 bộ | 01 | Cái |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| | <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy công suất: $\geq 400W$ - Tần số chính: $\geq 400 MHz$ - Nguồn điện: 230V/50Hz - Chế độ bảo vệ: Class I, type CF hoặc tương đương - Chế độ phân biệt bằng âm thanh và đèn LED từng điều kiện làm việc hoặc tương đương - Cắt tinh: $\geq 400W$ tại trở kháng 300 Om - Cắt trộn, hỗn hợp: $\geq 250W$ tại trở kháng 300 Om - Đông máu tiếp xúc cầm máu: $\geq 120W$ tại trở kháng 300 Om - Đông máu lưỡng cực: $\geq 100W$ tại trở kháng 100 Om - Đông phun: $\geq 10W$ tại trở kháng 500 Om - Thiết bị bảo hành ≥ 12 tháng, trong thời gian bảo hành phải bảo trì, bảo dưỡng 04 lần/ 12 tháng | | |
| Tổng cộng: 01 khoản | | | |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Địa chỉ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không vượt quá 30% giá trị gói thầu, thanh toán theo khối lượng bàn giao, nghiệm thu hàng hoá.

5. Các thông tin khác:

- Báo giá gồm 01 bản gốc có đóng dấu hợp pháp của đơn vị, được niêm phong và phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ “Thư chào giá Dao mổ điện cao tần”

Rất mong được sự quan tâm của các đơn vị./.

Nơi nhận: *Ph*

- Các đơn vị cung cấp;
- Lưu VT-TBYT.



Nguyễn Tải