

Số: 604 /TM-BV

Điện Bàn, ngày 24 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có kế hoạch mua sắm vật tư, hoá chất để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh. Để có cơ sở giá dự toán gói thầu, Bệnh viện trân trọng kính mời quý đơn vị quan tâm cung cấp báo giá với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị

1. Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận thư mời chào cấu hình, thông số kỹ thuật:

Ông Phạm Ngọc Mạnh, Phòng Vật tư – thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, ĐT: 0914.007.644.

E-mail: Vattu.TTBYT@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận bản báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 9 năm 2024 đến 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07/10/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật, cấu hình	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hóa chất tách cột cho HBV	Mẫu đầu vào : Mẫu huyết thanh, huyết tương, huyền dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) và tế bào vi khuẩn gram âm. Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ Proteinase K và RNA Carrier bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.	Test	150
2	Kit định lượng HBV	Mục tiêu Định lượng Hepatitis B Virus (HBV)	Test	150

		Loại mẫu đầu vào cho tách chiết Mẫu huyết thanh/ huyết tương Lượng mẫu đầu vào tách chiết 200 µL. Thể tích mẫu chạy qPCR 10 µL Kênh màu huỳnh quang Kênh màu FAM: phát hiện HBV. HEX: phát hiện chứng nội Công nghệ TaqMan probe Độ nhạy phân tích 28 IU/mL Giới hạn định lượng 2×10^2 IU/mL Khoảng tuyến tính $2 \times 10^2 - 2 \times 10^8$ IU/mL Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Bảo quản 12 tháng ở nhiệt độ -20oC Thành phần bộ kit HBV qPCR mix, chứng âm, đường chuẩn, chứng nội, PCR tube		
3	Ống Ependoft	Chất liệu nhựa trong suốt	3000	Cái
4	Đầu col có lọc 1000 µl	Đầu tip có lọc, chất liệu nhựa	2000	Cái
5	Đầu col có lọc 200 µl	Đầu tip có lọc, chất liệu nhựa	2000	Cái
6	Găng tay không bột	Chất liệu làm bằng cao su, không bột	1000	Đôi

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Địa chỉ: tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Địa chỉ: 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không vượt quá 30% giá trị gói thầu, thanh toán theo khối lượng bàn giao, nghiệm thu hàng hoá.

5. Các thông tin khác:

- Báo giá gồm 01 bản gốc có đóng dấu hợp pháp của đơn vị, được niêm phong và phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ “Thư báo giá vật tư, hoá chất tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam”

- Nhà cung cấp phải hướng dẫn, cài đặt, sử dụng các vật tư, hoá chất nêu trên trên máy xét nghiệm Real-time PCR (Model: 7500 Fxxt Dx, hãng sản xuất: Appied Biosystems/Life Technologies/Thermo Fisher Scientific – Mỹ) tại Bệnh viện.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị cung cấp./.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Các đơn vị cung cấp;
- Phòng QLCL;
- Lưu VT, VT-TBYT.



Nguyễn Tải